

Rappel d'un lot de chlorhydrate de morphine AGUETTANT 20 mg/ml, solution injectable, Laboratoire AGUETTANT

11/09/2009

Une ampoule d'Atropine AGUETTANT 0,25 mg / ml, lot 4202060 (péremption 03/2012) a été mise en évidence dans une boîte de Morphine (chlorhydrate) AGUETTANT 20 mg / ml, lot 4201994 (péremption 04/2012).

En conséquence, en accord avec l'Afssaps, le Laboratoire AGUETTANT procède au rappel du lot 4201994 de Morphine (chlorhydrate) AGUETTANT 20 mg / ml, solution injectable.

Concernant les modalités de retour, il est demandé de suivre les instructions du laboratoire AGUETTANT ; en particulier, il est nécessaire d'identifier l'expéditeur (coordonnées de la PUI ou de l'officine) sur chaque colis retourné au fournisseur (grossiste répartiteur le cas échéant) après avoir enregistré les quantités retournées sur le registre des stupéfiants (cette opération ne nécessite plus de bon extrait de carnet à souches selon l'article R.5132-81 du CSP).

Un n° est mis à disposition par le laboratoire AGUETTANT : 04 78 61 47 67.