

Diprostene, suspension injectable en seringue pré-remplie : lot 9038 - Rappel de lot

08/02/2011
MED 11/B04

Le laboratoire Schering-Plough, en accord avec l'Afssaps, procède par mesure de précaution, au retrait du lot 9038 péremption 11/2011, de Diprostene® suspension injectable, à la suite de l'identification d'un morceau de verre dans une seringue.