

Rappel de lots de DIPROSTENE, suspension injectable en seringue pré-remplie - Laboratoire MSD France

08/02/2012
MED12/A007/B007

Suite à la découverte d'impuretés provenant du joint d'un piston dans une seringue du lot 1011 (péremption 12/2012) de la spécialité DIPROSTENE® suspension injectable, MSD France, en accord avec l'Afssaps, procède par mesure de précaution au retrait du **lot 1011** (péremption 12/2012) et du **lot 1016** (péremption 04/2013) pour lequel le même lot de joints de piston a été utilisé.

Le laboratoire MSD France précise ne pas avoir reçu de signalement de pharmacovigilance lié à ces lots.